

其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，本次验收项目其他需要说明的事项如下：

1、辐射安全许可证持证情况

江阴泰富临港医院有限公司目前持有的辐射安全许可证证书编号：苏环辐证[B1831]，许可种类和范围：使用 II 类、III 类射线装置，有效期至：2029 年 8 月 26 日。

2、辐射安全与环境保护管理机构运行情况

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》等法律法规要求，江阴泰富临港医院有限公司已成立专门的辐射安全与防护领导小组，明确领导小组的人员组成，并明确了各成员的管理职责。

3、防护用品和检测仪器配备情况

江阴泰富临港医院有限公司已配备 1 台 BG9511 型 X- γ 辐射巡测仪，并为本次竣工环保验收的每间 DSA 机房配备了 2 台 GC-01 型个人剂量报警仪。

4、人员配备及辐射安全与防护培训考核情况

江阴泰富临港医院有限公司为本次竣工环保验收项目配备了 6 名辐射工作人员，辐射工作人员均已通过相应的辐射安全与防护考核，且合格证书在有效期内；辐射工作人员均配备个人剂量计，开展了个人剂量监测，并建立了辐射工作人员个人剂量监测档案；辐射工作人员均参加了职业健康体检，并建立了职业健康监护档案。

5、放射源及射线装置台账管理情况

江阴泰富临港医院有限公司已根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，制定了《台账管理制度》，并按照要求对辐射工作人员、辐射监测设备、设备使用记录等进行登记记录。

6、放射性废物台账管理情况

本次验收项目不产生放射性废水、放射性废气和放射性固废。

7、辐射安全管理制度执行情况

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律法规要求，江阴泰富临港医院有限公司已针对本次验收项目特点制定了各项辐射安全管理规章制度和应急措施，包括：《操作规程》《岗位职责》《辐射防护安全保卫制度》《设备维护检修制度》《使用登记、台账管理制度》《人员培训制度》《个人剂量监测和健康管理制度》《辐射环境监测方案》及《辐射事故应急预案》等，并按照管理制度的要求执行。

江阴泰富临港医院有限公司

2025 年 8 月 2 日